

HOTĂRÎRE

nr. 008

“04” mai 2016

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **SPECTROFOTOMETRU tip Agilent 280FS/280Z AA DUO**, producător Agilent Technologies, Republica Federală Germania, cu nr. III-0454:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0364 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **DE15030001** – pentru modulul 280FS și **DE15020004** – pentru modulul 280Z.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SPECTROFOTOMETRU tip Agilent 280FS/280Z AA DUO** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.

Director General

Anatolie MELENCIUC