

HOTĂRÎRE

nr. 014

“13” iunie 2016

Referitor la recunoașterea aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplar unic. Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **DEBITMETRU CU INTEGRATOR ACUSTIC tip ЭХО-Р-02**, producător ООО ПНП « Сигнур », Federația Rusă, cu nr. III-0456:2016.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. **0096 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **7905**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **DEBITMETRU CU INTEGRATOR ACUSTIC tip ЭХО-Р-02** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **ANALIZOR VOLTMETRIC tip АВА-3**, producător НПП « Буревестник » ОАО, Federația Rusă, cu nr. III-0457:2016.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. **0097 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **323**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR VOLTMETRIC tip АВА-3** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **FOTOMETRU FOTOELECTRIC tip КФК-3-01-«ЗОМЗ»**, producător ОАО ”Загорский оптико-механический завод”, Federația Rusă, cu nr. III-0458:2016.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. **0098 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **1570606**.



**Institutul
Național
de Metrologie**



MINISTERUL
ECONOMIEI

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **FOTOMETRU FOTOELECTRIC tip KΦK-3-01-«3OM3»** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director General

Anatolie MELENCIUC