

HOTĂRÎRE

nr. 030

“25” octombrie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic și recunoașterea aprobării de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic.
Institutul Național de Metrologie, examinînd materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **ANALIZOR tip Alcolyzer Beer ME**, producător Anton Paar GmbH, Republica Austria, cu nr. III-0463:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0370 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **81586691**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR tip Alcolyzer Beer ME** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip OO-4**, producător РУП БЕЛГАЗТЕХНИКА, or. Minsk, Republica Belarus, cu nr. III-0464:2016.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. **0099 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **19**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip OO-4** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director General

Anatolie MELENCIUC