

HOTĂRÎRE

nr. 034

“29” noiembrie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplar unic și loturi mici. Institutul Național de Metrologie, examinînd materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **ECHIPAMENT DE EVIDENȚĂ A DURATEI LEGĂTURILOR TELEFONICE, INCLUSIV A CONVORBIRILOR TELEFONICE tip HUAWEI MSOFTX3000**, producător Huawei Technologies Co. Ltd”, Republica Populară Chineză, cu nr. III-0466:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0372 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **98MSF02244-001; 98MSF02243-001**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ECHIPAMENT DE EVIDENȚĂ A DURATEI LEGĂTURILOR TELEFONICE, INCLUSIV A CONVORBIRILOR TELEFONICE tip HUAWEI MSOFTX3000** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 24 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **VIBROMETRU tip VM-54**, producător RION Co. Ltd., Japonia, cu nr. III-0467:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0373 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **34340521; 343400528; 34340529, 34340530**.

A recunoaște rezultatele verificării metrologice inițiale pentru **VIBROMETRU tip VM-54**, efectuată de către ГП <<Укрметртестстандарт>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare metrologică se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (“REC”).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **VIBROMETRU tip VM-54** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat în laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **SONOMETRU tip NA-28**, producător RION Co. Ltd., Japonia, cu nr. **III-0468:2016**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0374 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **30642028; 30842042; 30842043; 30842044**.

A recunoaște rezultatele verificării metrologice inițiale pentru **SONOMETRU tip NA-28**, efectuată de către ГП <<Укрметртестстандарт>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare metrologică se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SONOMETRU tip NA-28** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat în laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **DISPOZITIV SELECTIV PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006**, producător Narda Safety Test Solutions GmbH, Republica Federală Germania, cu nr. **III-0469:2016**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0375 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **K-0161**.

A recunoaște rezultatele verificării metrologice inițiale pentru **DISPOZITIV SELECTIV PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006**, efectuată de către ГП <<Укрметртестстандарт>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare metrologică se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **DISPOZITIV SELECTIV PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat în laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

Director

Anatolie MELENCIUC