



## HOTĂRÎRE

nr. 035

“28” decembrie 2016

Referitor la aprobarea de model, recunoașterea aprobării de model și prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 22.12.2016, emite următoarea

### HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **CONTOR DE APĂ RECE tip DS-CC**, producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova, cu nr. I-0974:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1001** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de 10 ani pînă la **28.12.2026**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CONTOR DE APĂ RECE tip DS-CC** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 24 luni (pentru contoare de apă cu DN50 – DN150), (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ tip DS-(modificarea SU, SRP, MRP)**, producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova, cu nr. I-0975:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1002** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de 10 ani pînă la **28.12.2026**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ tip DS-(modificarea SU, SRP, MRP)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 60 luni (pentru contoare de apă cu DN15 – DN20); – 24 luni (pentru contoare de apă cu DN25 – DN50), (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ tip DSF-(modificarea CF, CI)**, producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova, cu nr. I-0976:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1003** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de 10 ani pînă la **28.12.2026**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ tip DSF-(modificarea CF, CI)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 24 luni (pentru contoare de apă cu DN50 – DN200), (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III, **SISTEM, CU SOFT INCORPORAT, PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CU IMAGINI VIDEO, tip "АвтоУраган - BCM2"**, producător ООО „Технологии Распознавания”, Federația Rusă și ООО „Рекогна Сервис”, Federația Rusă cu **nr. I-0977:2016**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 347 R** pentru mijlocul de măsurare menționat firmei "NETSISTEM" SRL, or. Bălți, Republica Moldova pe un termen de pînă la **02.10.2020**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SISTEM, CU SOFT INCORPORAT, PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CU IMAGINI VIDEO, tip "АвтоУраган - BCM2"** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

5. A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1004** pentru **CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ FAMILIA MADDALENA tip CD ONE TRP, tip CD SD PLUS, tip DS TRP, tip WMAP**, inclus anterior în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova" **sub nr. I-0790:2011** producător: MADDALENA S.p.A., Republica Italiană pe un termen de **10** ani pînă la **28.12.2026**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ FAMILIA MADDALENA tip CD ONE TRP, tip CD SD PLUS, tip DS TRP, tip WMAP** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 60 luni (pentru contoare de apă cu DN15 – DN20); – 24 luni (pentru contoare de apă cu DN25 – DN100) (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

6. A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1005** pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (BALANȚĂ ELECTRONICĂ SUSPENDATĂ) tip BCN-...D1.3**, inclus anterior în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova" **sub nr. I-0954:2015**, producător: Alex S & E" S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chișinău pe un termen de **10** ani pînă la **28.12.2026**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (BALANȚĂ ELECTRONICĂ SUSPENDATĂ) tip BCN-...D1.3** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

7. A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1006** pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ tip Alex Print**, inclus anterior în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova" **sub nr. I-0940:2015**, producător: Alex S & E" S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chișinău pe un termen de **10** ani pînă la **28.12.2026**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ tip Alex Print** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

**8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1007 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ tip BSN, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0824:2013, producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chișinău pe un termen de 10 ani pînă la 28.12.2026.**

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ tip BSN** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

**9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1008 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ tip BXN, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0823:2013, producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chișinău pe un termen de 10 ani pînă la 28.12.2026.**

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ tip BXN** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

**Director**

**Anatolie MELENCIUC**