



HOTĂRÎRE

nr. 05

“23” martie 2017

Referitor la aprobarea de model și prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 22.03.2017, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **DEFECTOSCOP ULTRASONIC tip УДC2-РДМ-24**, producător Î.C.P. ”MDR Grup” S.R.L., bd. Gagarin, 2, mun. Chișinău, Republica Moldova, cu nr. I-0979:2017.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1010** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de 10 ani până la **23.03.2027**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **DEFECTOSCOP ULTRASONIC tip УДC2-РДМ-24** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip CMK-03**, producător ”COMMON” S.A., Republica Polonia, cu nr. I-0980:2017.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1011** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de 10 ani până la **23.03.2027**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip CMK-03** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 24 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **CONTOR DE GAZ CU ROTOR tip GFO-RM**, producător GFO Europe B.V., Regatul Țărilor de Jos, cu nr. I-0981:2017.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1012** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de 10 ani până la **23.03.2027**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CONTOR DE GAZ CU ROTOR tip GFO-RM** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 24 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1013** pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB**, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0751:2010 producător: „Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chișinău, Republica Moldova pe un termen de 10 ani până la **23.03.2027**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB** verificarea metrologică

inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

5. A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1014** pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA**, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” **sub nr. I-0750:2010**, producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chișinău pe un termen de **10** ani pînă la **23.03.2027**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director

Anatolie MELENCIUC