



HOTĂRÎRE

nr. 0005– M

“18” februarie 2011

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice
și expertiza metrologică a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice și materialele prezentate pentru expertiza metrologică emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **fotometrul tip STAT FAX 1904 PLUS**, cu numărul de fabricație 1904-5772 producător firma Awareness Technology, Inc., SUA, solicitant Sanatoriul „Nufărul-Alb”, or. Cahul, cu **nr. III-0196:2011**.

A elibera Sanatoriului „Nufărul-Alb”, or. Cahul, certificatul de aprobare de model **nr. 0175U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizorul de gaze tip Chemist-300 modificarea ASK630A**, cu numerele de fabricație 955224, 534030, 850010 producător „Seitron” S.R.L., Italia solicitant „Romany Gaz Group” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0197:2011**.

A elibera „Romany Gaz Group” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0176U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la anemometrele tip API1-M1, API1-M2 și barometrele tip BPC – 1 s-a hotărât:

a) De recunoscut rezultatele verificării metrologice a anemometrelor tip API1-M1 nr. de fabricare 110 (buletinul de verificare nr. 971-2010) și tip API1-M2 nr. de fabricare 110 (buletinul de verificare nr. 970-2010) și a barometrului tip BPC – 1 nr. de fabricare 0563001 (buletinul de verificare nr. 969-2010), efectuată de Î.S. „Главная геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова”, or. Sankt-Peterburg, Rusia.

Director general

Vitalie DRAGANCEA