



## HOTĂRÎRE

nr. 0016-M

**“04” mai 2011**

**mun. Chișinău**

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
în loturi mici sau exemplare unice și  
efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice și materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

### HOTĂRÎRE :

**1.** A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a **electrocardiografului tip „ЭКЗТ-01-„Р-Д””** cu numărul de fabricație E 110214029 producător ООО НПП „Монитор”, Federația Rusă solicitant „Megapolis” S.R.L., mun. Chișinău efectuate de Agenția Federală pentru Reglementări Tehnice și Metrologie a Federației Ruse.

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III **electrocardiograful tip „ЭКЗТ-01-„Р-Д””** cu **nr. III-0221:2011**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0032UR** pentru **electrocardiograful tip „ЭКЗТ-01-„Р-Д””**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

**2.** În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la basculele electrono-tenzometrice de cântărire statică tip BX modificările BX-150D1.4-2; BX-300D1.4-2; BX-500D1.4-2; BX-600D1.4-2; BX-1000D1.4-2; BX-1.5D1.4-2; BX-2D1.4-2; BX-3D1.4-2; BX-5D1.4-2; BX-10D1.4-2 producător „Alex S&E”, mun. Chișinău, s-a hotărât:


a) De aprobat completările la descrierea de model pentru basculele electrono-tenzometrice de cântărire statică tip BX modificările BX-150D1.4-2; BX-300D1.4-2; BX-500D1.4-2; BX-600D1.4-2; BX-1000D1.4-2; BX-1.5D1.4-2; BX-2D1.4-2; BX-3D1.4-2; BX-5D1.4-2; BX-10D1.4-2 producător „Alex S&E”, mun. Chișinău.

**3.** În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanțele electrono-tenzometrice de cântărire statică tip BS modificările BS-6D1.3T1-3; BS-

6D1.3T2-2; BS-6/15D1.3T1-3; BS-6/15D1.3T2-2; BS-15D1.3T1-3; BS-15D1.3T2-2; BS-15/30D1.3T1-3; BS-15/30D1.3T2-2; BS-30D1.3T1-3; BS-30D1.3T2-2 producător „Alex S&E”, mun. Chișinău, s-a hotărât:

a) De aprobat completările la descrierea de model pentru balanțele electrono-tenzometrice de cântărire statică tip BS modificările BS-6D1.3T1-3; BS-6D1.3T2-2; BS-6/15D1.3T1-3; BS-6/15D1.3T2-2; BS-15D1.3T1-3; BS-15D1.3T2-2; BS-15/30D1.3T1-3; BS-15/30D1.3T2-2; BS-30D1.3T1-3; BS-30D1.3T2-2 producător „Alex S&E”, mun. Chișinău.

**Director general**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Dragancea', is written over a faint horizontal line.

**Vitalie DRAGANCEA**