



HOTĂRÎRE

nr. 0027-M

“03” august 2011

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a **analizorului voltamperic tip ABA - 3** cu numărul de fabricație 277 producător НПП «Буревестник» ОАО, Federația Rusă solicitant I.S. „Institutul Național de Standardizare și Metrologie”, mun. Chișinău, efectuate de Agenția Federală pentru Reglementări Tehnice și Metrologie a Federației Ruse.

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III **analizorul voltamperic tip ABA - 3** cu **nr. III-0233:2011**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0035UR** pentru **analizorul voltamperic tip ABA - 3**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM (modificarea 500T1)** cu numerele de fabricație D1101142, D1101141, D1104212, D1104211 producător TOKHEIM, Marea Britanie, solicitant I.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chișinău, cu **nr. III-0234:2011**.

A elibera I.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0203U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **6 luni**.

Director general

Vitalie DRAGANCEA