



HOTĂRÎRE

nr. 0038-M

“03” noiembrie 2011

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **aparatură ultrasonografică diagnostică tip SSD-1400** cu numărul de fabricație:

- M03881 cu traductorul tip UST-979-3.5 numărul de fabricație M20850;
- M04363 cu traductorul tip UST-979-3.5 numărul de fabricație M19508;
- M03798 cu traductorul tip UST-979-3.5 numărul de fabricație M16877;
- M00664 cu traductoarele tip UST-979-3.5 numărul de fabricație M02542, tip UST-672-5/7.5 numărul de fabricație M01070;
- M02233 cu traductoarele tip UST-979-3.5 numărul de fabricație M09741, tip UST-5710-7.5 numărul de fabricație M03763;
- M02786 cu traductoarele tip UST-979-3.5 numărul de fabricație M12566, tip UST-672-5/7.5 numărul de fabricație M00624, producător ALOKA CO., LTD, Japonia, solicitant Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chișinău, cu **nr. III-0252:2011.**

A elibera Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0218U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni.**

Director general

Vitalie DRAGANCEA