



HOTĂRÎRE

nr. 0020-M

“31” mai 2012

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, examinând materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **aparatură ultrasonografică diagnostic tip COMBISON 401**, cu numărul de fabricație LL91200855 cu traductorul tip EC 65/10 numărul de fabricație D80960398, producător „KRETZTECHNIK AG”, Republica Coreea, solicitant „ALNA-GINECOLOGIE” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0276:2012**.

A elibera „ALNA-GINECOLOGIE” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0236U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare metrologică **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **hemoglobinometru tip Hb-250** cu numerele de fabricație: 260039; 260044; 260045; 260046; 260047; 260048; 250054; 250055; 250056; 250057, producător „OPTIMA INC”, Japonia, solicitant F.Ș.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0277:2012**.

A elibera F.Ș.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0237U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare metrologică **12 luni**.

/Director general

Vitalie DRAGANCEA