



HOTĂRÎRE

nr. 0032-M

“21” septembrie 2012

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice și
expertiza metrologică a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, examinând materialele prezentate în
scopul efectuării expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **aparatură de cântărit cu
funcționare neautomată tip DISOMAT Tersus, modificarea VTG 20450** cu
numerele de fabricație: DT-0624/12 (dispozitivul electronic cu numărul de fabricație
5I001249) producător Schenck Process GmbH, Republica Federală Germania,
solicitant I.C.S. STRABAG S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0285:2012**.

A elibera I.C.S. STRABAG S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de
model **nr. 0243U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu
perioada de verificare metrologică **12 luni**.

2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de
lucru deținute de către S.R.L. „Ialoveni-Gaz”, or. Ialoveni, s-a hotărât:

- a) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 019K-01/12, pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative, tip PJ, nr. de fabricație 1218, eliberat de GP „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 18.07.2012.
- b) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 018K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip PJ, nr. de fabricație 1216, eliberat de GP „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 18.07.2012.
- c) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 040K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative, tip PJ, nr. de fabricație 1217, eliberat de GP „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 19.07.2012.
- d) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 046K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur, tip ТЕМПО, nr. de fabricație 229, eliberat de

ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 03.08.2012.

- e) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 012K-07/12 pentru contorul etalon de gaz cu turbină, tip ТЕМПО-400, nr. de fabricație 120601, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.07.2012.

/Director general

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vitalie Dragancea', written over a horizontal line.

Vitalie DRAGANCEA