

HOTĂRÎRE

nr. 007

“30” ianuarie 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare și în urma deciziilor Consiliului Național de Metrologie din cadrul Ministerului Economiei din data de 23.01.14, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip CITIZEN CH (modificarea 308B; 311B; 437; 452; 456; 650; 657)**, producător: CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD., Japonia, solicitant: F.P.Ș. „Amofarm” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova. cu **nr. I-0882:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 895** pentru mijlocul de măsurare menționat pentru F.P.Ș. „Amofarm” S.R.L., mun. Chișinău, pe un termen de **5** ani până la **30.01.2019**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip CITIZEN CH (modificarea 308B; 311B; 437; 452; 456; 650; 657)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare - 12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **Aparat pentru măsurarea nivelului lichidului în rezervoare tip Veeder Root MAG 2**, producător: “Veeder Root Co”, Statele Unite ale Americii, solicitant: „Combuservice” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. I-0883:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 896** pentru mijlocul de măsurare menționat pentru „Combuservice” S.R.L., mun. Chișinău, pe un termen de **5** ani până la **30.01.2019**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **Aparat pentru măsurarea nivelului lichidului în rezervoare tip Veeder Root MAG 2** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare - 12 luni**.

3. A elibera firmei Î.M. "ALSYS DATA" S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 897** pentru **Sistemul de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „NCR Octane 2000,,**, producător: NCR Petrol Management Systems,, Regatul Danemarcei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu **I-0337:2003** pe un termen de până la **30.01.2019**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **Sistemul de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „NCR Octane 2000,,** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare - 6 luni**.



4. A elibera firmei “UNIMED - FARMA” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 898** pentru **Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic, familia OMRON (modificările: S1 (HEM-4030-RU), R1 (HEM-6114-RU), R2 (HEM-6113-RU), R3 Opti (HEM-6200-RU))**, producător: „Omron Healthcare Europe B. V.”, Regatul Țărilor de Jos (Olanda), inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu **I-0736:2010** pe un termen de până la **30.01.2019**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic, familia OMRON (modificările: S1 (HEM-4030-RU), R1 (HEM-6114-RU), R2 (HEM-6113-RU), R3 Opti (HEM-6200-RU))** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare - 12 luni**.

5. A elibera firmei “UNIMED - FARMA” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 899** pentru **Termometru electronic medical familia OMRON (modificările Flex Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-341-RU), Eco Temp Basic (MC-246-RU))**, producător: „Omron Healthcare Europe B. V.”, Regatul Țărilor de Jos (Olanda), inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu **I-0737:2010** pe un termen de până la **30.01.2019**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **Termometru electronic medical familia OMRON (modificările Flex Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-341-RU), Eco Temp Basic (MC-246-RU))** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare - 12 luni**.

6. A elibera firmei Î.M. „DELTA - MEDICA” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 900** pentru **Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BP AG1 (modificările BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-80)**, producător: „ONBO Electronic (Shenzhen) CO.LTD”, Republica Populară Chineză, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu **I-0559:2007** pe un termen de până la **30.01.2019**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BP AG1 (modificările BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-80)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare - 12 luni**.

Director general

Vitalie DRAGANCEA