

HOTĂRÎRE

nr.018

“17” martie 2014

Referitor la recunoașterea certificatelor de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare importate în exemplare unice și loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂȚII CÂMPULUI MAGNETIC tip ИМП – 05**, producător: **ОАО “НПП “Циклон – Тест”, Federația Rusă, or. Friazino, cu nr. III-0353:2014.**

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr.0065 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **1924**, pentru “CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT “REGISTRU”” Î.S., mun. Chișinău.

Se recunoaște verificarea metrologică inițială dispozitivului pentru măsurarea intensității câmpului magnetic tip ИМП – 05, efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», Federația Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (“REC”).

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale dispozitivului pentru măsurarea intensității câmpului magnetic tip ИМП – 05 în laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordului de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naționale de Metrologie a țărilor respective, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂȚII CÂMPULUI ELECTRIC tip ИЭП – 05**, producător: **ОАО „НПП ”Циклон – Тест”, Federația Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0354:2014.**
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0066 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **1855**, pentru „CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT ”REGISTRU”” Î.S., mun. Chișinău.

Se recunoaște verificarea metrologică inițială a dispozitivului pentru măsurarea intensității câmpului electric tip ИЭП – 05, efectuate de către ФБУ «ЦММ Московской области», Federația Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОБЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (“REC”).

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale dispozitivului pentru măsurarea intensității câmpului electric tip ИЭП – 05 în laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordului de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naționale de Metrologie a țărilor respective, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **APARATUL PENTRU MĂSURAREA SARCINII ELECTROSTATICE tip ИЭСИ – 01**, producător: **ФГУП „НПП ”Циклон – Тест”, Federația Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0355:2014.**
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0067 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **1706**, pentru “CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT ”REGISTRU”” Î.S., mun. Chișinău.

Se recunoaște verificarea metrologică inițială a aparatului pentru măsurarea sarcinii electrostatice tip ИЭСИ – 01, efectuate de către ФБУ «ЦММ Московской области», Federația Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОБЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (“REC”).

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale aparatului pentru măsurarea sarcinii electrostatice tip ИЭСИ – 01 în laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordului de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naționale de Metrologie a țărilor respective, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

4. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise pentru utilizare în Republica Moldova”, partea III, **SPECTROFOTOMETRU UV-VIS tip Specord 200 Plus**, producător: “**Analytik Jena**”, Republica Federală Germania, cu nr. **III-0356:2014**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0294** U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **223E1548; 223E1551; 223E1552; 223E1554; 223E1555; 223E1556; 223E1560; 223E1576; 223E1577; 223E1580**, pentru S.C. „IMUNOTEHNOMED” S.R.L., mun. Chișinău.

A supune în mod obligatoriu mijlocul de măsurare menționat verificărilor metrologice inițiale.

Pentru mijlocul de măsurare menționat se stabilește în mod obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

Director general

VITALIE DRAGANCEA