

HOTĂRÎRE

nr.028

“22” mai 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizor al concentrației de etanol din aerul expirat tip ALCOTEST 3000**, producător Dräger Safety AG & Co.KGaA, Republica Federală Germania cu nr. III-0366:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0301 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: AREL-0140; AREL-0121; AREL-0138; AREL-0137; AREL-0132; AREL-0127; AREL-0126; AREL-0133; AREL-0128; AREL-0124, firmei S.R.L. LABROMED LABORATOR, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **analizor al concentrației de etanol din aerul expirat tip ALCOTEST 3000** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**.

Director general

Vitalie DRAGANCEA