

HOTĂRÎRE

nr. 057

“06” noiembrie 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE:

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizor capilar a conținutului și proprietăților probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105М»**, producător ООО „Люмэкс - Маркетинг”, Federația Rusă, cu **nr. III-0397:2014.**

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0082 UR** firmei S.R.L. „LOKMER”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **1386**.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a **analizorului capilar a conținutului și proprietăților probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105М»**, efectuată de către ФБУ ”Тест-Санкт-Петербург”, Federația Rusă. În acest caz pe mijlocul de măsurare și pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **analizorul capilar a conținutului și proprietăților probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105М»** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”).

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **dozimetru-radiometru tip МКС-РМ1405**, producător ООО „Полимастер”, Republica Belarus, cu **nr. III-0398:2014.**

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0083 UR** firmei S.C. „IMUNOTEHNOMED” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **130404**.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a **dozimetrului-radiometrului tip MKC-PM1405**, efectuată de către РУП БелГИМ, Republica Belarus. În acest caz pe mijlocul de măsurare și pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor ("REC");

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **dozimetru-radiometru tip MKC-PM1405** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”).

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III, **avertizor de contaminare radioactivă tip CPK-AT2327**, producător УП "АТОМТЕХ", Republica Belarus, cu **nr. III-0399:2014.**

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0084 UR** firmei ISDS "Obiectele Speciale nr. 5101, nr. 5102", mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație **229.200** (cu blocul de detectare tip БДКГ-04 cu nr. de fabricație: **229.202; 229.203; 229.204; 229.205; 229.206**).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **avertizorul de contaminare radioactivă tip CPK-AT2327** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”).

Director general

VITALIE DRAGANCEA