

HOTĂRÎRE

nr.021

“20” iulie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (balanță de laborator) tip EX 324M**, producător OHAUS Corporation, Statele Unite ale Americii cu nr. III-0415:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0330 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: B501439878 și B501439879.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (balanță de laborator) tip EX 324M** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **TRANSFORMATOR DE CURENT tip METSECT5DD (modificarea METSECT5DD100; METSECT5DD125)**, producător SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Republica Franceză cu nr. III-0416:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0331 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: 3157020056; 3157020057; 3157020065; 3157040042; 3157049041; 3141460040; 3157030118; 3141460059; 3141460056.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR DE CURENT tip METSECT5DD (modificarea METSECT5DD100; METSECT5DD125)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 48 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director general

VITALIE DRAGANCEA