



HOTĂRÎRE

nr. 0008 – M

“17” decembrie 2008

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **aparatură de cântărit cu funcționare neautomată (balanță de laborator) tip ABJ 220-4M**, cu numărul de fabricație WB 0750015, producător „KERN & Sohn GmbH”, Germania solicitant Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, mun. Chișinău cu **nr. III-0095:2008**.

A elibera Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, mun. Chișinău certificatul de aprobare de model **nr. 0085U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizorul pentru gaze de eșapament tip Nussbaum EMMA 460**, cu numărul de fabricație 121, producător OTTO NUSSBAUM GmbH & Co. KG, Germania, solicitant „MOLDCARGO” S.R.L., mun. Chișinău cu **nr. III-0096:2008**.

A elibera „MOLDCARGO” S.R.L., mun. Chișinău certificatul de aprobare de model **nr. 0086U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

3. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **spectrofotometrul UV – VIS tip GENESYS 6** cu numărul de fabricație 2M8L212001, producător firma „THERMO ELECTRON CORPORATION” S.U.A., solicitant I.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chișinău cu **nr. III-0097:2008**.

A elibera I.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chișinău certificatul de aprobare de model **nr. 0087U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

4. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **distribuitorul de combustibil tip 387.10.5** cu numerele de fabricație 82743 (82744), 82741 (82742) producător Wayne DRESSER, Germania, solicitant „TEHCOMPLOS-PETROL” S.R.L., or. Cahul, cu **nr. III-0098:2008**.

A elibera „TEHCOMPLOS-PETROL” S.R.L., or. Cahul certificatul de aprobare de model **nr. 0088U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **6 luni**.

5. In baza expertizei metrologice a documentelor referitoare la spectrofotometrul cu absorbție moleculară în ultraviolet-vizibil tip LAMBDA 25, producător PERKIN ELMER, solicitant I.C.S. „Nitech” S.R.L., mun. Chișinău sa hotărât:


a) De recunoscut Certificatul de etalonare nr. 05.01-824/008 pentru spectrofotometrul cu absorbție moleculară în ultraviolet-vizibil tip LAMBDA 25, nr. de fabricație 101 N 5053006.

6. In baza expertizei metrologice a documentelor referitoare la analizorul portabil de gaze TESTO (modificarea 335, 325M), producător TESTO, Germania, solicitant Î.M. „Romstal” S.R.L., mun. Chișinău sa hotărât:

a) De recunoscut buletinul de verificare metrologică periodică nr. 0163417 pentru analizorul portabil de gaze TESTO modificarea 335 cu nr. de fabricație 01337409/702.

b) De recunoscut buletinul de verificare metrologică periodică nr. 0163627 pentru analizorul portabil de gaze TESTO modificarea 335 cu nr. de fabricație 00854674/307.

Director general



Alexandru TARLAJANU