ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

INSM

H O T Ă R Î R E

nr. 0001 – M

“ 20 ” februarie 2009 **mun. Chişinău**

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism național de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **cisterna auto pentru produse petroliere tip ELLIMETAL,** cu numărul de fabricație 0187-13-6174, producător Industriewerke Saar GmbH, Germania, solicitant Intreprinderea de aprovizionare şi desfacere „IALTOP”, S.A., r-nul. Ialoveni, s. Sociteni, cu **nr. III-0103:2009**.

A elibera Întreprinderii de aprovizionare şi desfacere „IALTOP”, S.A., r-nul. Ialoveni, s. Sociteni,, certificatul de aprobare de model **nr. 0093U** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **ohmmetrul tip ЭС0212,** cu numerele de fabricație 07479, 07455, producător BAT «Уманський завод «Мегомметр»», or. Umani, Ucraina, solicitant „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0104:2009**.

A elibera „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0094U** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **aparatul pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „FAZA-NUL” tip ЦК0220,** cu numărul de fabricație 00216, producător BAT «Уманський завод «Мегомметр»», or. Umani, Ucraina, solicitant „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0105:2009**.

A elibera „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de recunoaştere a aprobării de model **nr. 0015UR** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

A recunoaşte rezultatele verificărilor metrologice inițiale pentru aparatul pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „FAZA-NUL” tip ЦК0220, efectuate de către Centrul Regional de Standardizare, Metrologie şi Certificare, or. Cherkassy, Ucraina.

„CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, să asigure efectuarea verificărilor metrologice periodice a aparatului pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „FAZA-NUL” tip ЦК0220 in laboratoarele metrologice a țărilor semnatare ale „Acordului de recunoaştere mutuală a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificări şi atestări a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de organismul național de metrologie al țării respective, cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către organismul național de metrologie al Republicii Moldova.

4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **megaohmmetrul tip ЭС0210-Г (modificarea ЭС0210/3-Г),** cu numerele de fabricație 23968, 24003, producător BAT «Уманський завод «Мегомметр»», or. Umani, Ucraina, solicitant „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0106:2009**.

A elibera „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de recunoaştere a aprobării de model **nr. 0016UR** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

Director general Igor CALDARE