ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

H O T Ă R Î R E

nr. 0012 – M

"26" octombrie 2009 **mun. Chişinău**

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism național de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova", partea III, **distribuitorul de gaz comprimat tip CH4M 2B2S,** cu numărul de fabricație 1076-1077, producător „Elettrogas" SRL, Italia, solicitant „Saltica - Lux" S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0127:2009**.

A elibera „Saltica - Lux" S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0114U** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **6 luni.**

2. A aproba modelul şi a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova", partea III, **luxmetru digital tip testo 545,** cu numărul de fabricație 01639636/901, 01619103/811, 01636964/812, 01636963/812, 01636969/812, 01636972/812, 01636966/812, 01617381/812, 01636983/812, 016136981/812 producător TESTO AG, Germania, solicitant I.C.S. „NITECH" S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0128:2009**.

A elibera I.C.S. „NITECH" S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0115U** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni.**

3. A aproba modelul şi a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova", partea III, **gama-beta-spectrometru tip MKC-AT1315,** cu numărul de fabricație 15075, producător УП «АТОМТЕХ», Republica Belarus, solicitant Firma „LABORMED" S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0129:2009**.

A elibera Firmei „LABORMED" S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de recunoaştere a aprobării de model **nr. 0018UR** şi a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

4. In rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare pachetul software „РАСХОДОМЕР - ИСО", elaborator ООО „ИНФОТЕХ", Federația Rusă, solicitant Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, laborator debite, mun. Chişinău, s-a hotărît:

a) A recunoaşte Certificatul de atestare metrologică pentru pachetul software „РАСХОДОМЕР - ИСО".

b) De permis utilizarea in Republica Moldova a pachetului software „РАСХОДОМЕР - ИСО".

Director general Igor CALDARE