

HOTĂRÂRE

nr. 08

“26” februarie 2018

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor
Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 22.02.2018, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETILOMETRE) tip Alcotest 3820**, producător Dräger Safety AG & Co. KgaA, Republica Federală Germania, cu nr. I-0992:2018.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1026** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de **10** ani până la **26.02.2028**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETILOMETRE) tip Alcotest 3820** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETILOMETRE) tip Alcotest 5820**, producător Dräger Safety AG & Co. KgaA, Republica Federală Germania, cu nr. I-0993:2018.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **1027** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de **10** ani până la **26.02.2028**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETILOMETRE) tip Alcotest 5820** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare** – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director

Anatolie MELENCIUC