



HOTĂRÎRE

nr. 0003 – M

“07” februarie 2011

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, in calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **gaz-cromatograf tip KONIK 4000B**, cu numărul de fabricație 42912 producător firma „KONIK-TECH”, Spania, solicitant I.M.S.P., „Dispensarul Republican de Narcologie”, mun. Chișinău, cu **nr. III-0190:2011**.

A elibera I.M.S.P., „Dispensarul Republican de Narcologie”, mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0170U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **manometru cu tub BOURDON tip 2 (mod.232.50/233.50)**, cu numerele de fabricație nr. 1761, nr. 1762, nr. 1763, nr. 1764, nr. 1765, nr. 1766, nr. 1767, nr. 1768, nr. 1769, nr. 1770 producător „WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Germania, solicitant I.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0191:2011**.

A elibera I.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0171U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

3. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **manometru cu tub BOURDON tip 2 (mod.232.50/233.50)**, cu numerele de fabricație nr. 1771, nr. 1772, nr. 1773, nr. 1774, nr. 1775, nr. 1776, nr. 1777, nr. 1778, nr. 1779, nr. 1780 producător

„WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Germania, solicitant I.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0192:2011**.

A elibera I.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0172U** pentru mijlocul de măsurare menţionat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **spectrofotometru tip PD-303S**, cu numărul de fabricaţie nr. 3301720 producător „APEL Co., Ltd”, Germania, solicitant I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0193:2011**.

A elibera I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0173U** pentru mijlocul de măsurare menţionat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **spectrofotometru UV/VIS tip Lambda 25**, cu numerele de fabricaţie nr. 501S10091312, nr. 501S10092101 producător „PerkinELmer Inc.”, S.U.A., solicitant I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0194:2011**.

A elibera I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0174U** pentru mijlocul de măsurare menţionat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

Director general



Vitalie DRAGANCEA