ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

H O T Ă R Î R E

nr. 0008– M

"17" martie 2011 **mun. Chişinău**

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice
şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism național de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a **areometrului din sticlă tip AMT** cu numerele de fabricație 12778, 10378, 48128, 81829, 81831, 81921, 81486, 51617, 10376, 40710 producător «Стеклоприбор», Ucraina, solicitant S.A. „JLC", mun. Chişinău efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum .

A include in "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III **areometrul din sticlă tip AMT** cu **nr. III-0200:2011.**

A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model **nr. 0026UR** pentru **areometrul din sticlă tip AMT**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **60 luni.**

2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a **areometrului din sticlă tip AMT** cu numerele de fabricație 00339, 66266, 81920, 81821, 10493, 10431, 40485, 81819, 50036, 50176 producător «Стеклоприбор», Ucraina, solicitant S.A. „JLC", mun. Chişinău efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum .

A include in "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III **areometrul din sticlă tip AMT** cu **nr. III-0201:2011.**

A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model **nr. 0027UR** pentru **areometrul din sticlă tip AMT**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **60 luni.**

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, **electrocardiograful tip SE-3**, cu numerele de fabricaţie SE3A22610C133531, SE3A22610C133491, SE3A22610C133461, SE3A22610C133481, SE3A22610C133551, SE3A22610C133471, SE3A22610C133501, SE3A22610C133521 producător „Edan Instruments Co Ltd”, China solicitant „MolDan Service” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0202:2011**.

A elibera „MolDan Service” S.R.L.,mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0179U** pentru mijlocul de măsurare menţionat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

4. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la fantomul tip Ultasound Phantom 405 GSX LE-0.5 şi fantomul Ultrasound Doppler Phantom 1430 LE-0.5 producător Gammex Inc., SUA, solicitant Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, mun. Chişinău, s-a hotărît:

a) De recunoscut certificatul de etalonări pentru:

- **fantomul tip Ultrasound Phantom 405 GSX LE-0.5 nr. de fabricaţie 802267-3589-3;**
- **fantomul tip Ultrasound Doppler Phantom 1430 LE-0.5 nr. de fabricaţie 805204-3612-4.**

Director general **Vitalie DRAGANCEA**