REPUBLICA MOLDOVA
Întreprinderea de stat

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Государственное предприятие

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

INSM

H O T Ă R Î R E

nr. 0008-M

"27" februarie 2012 **mun. Chişinău**

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III, **aparatul ultrasonografic diagnostic tip SONOLINE Prima** cu numărul de fabricație BBE3029 cu traductorul tip 7.5L75S numărul de fabricație XF93110 şi traductorul tip 3.5C40S numărul de fabricație XA9567-1, producător SIEMENS, Statele Unite ale Americii, solicitant Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu **nr. III-0264:2012**.

A elibera Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0226U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul şi a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III, **aparatul ultrasonografic DOPPLER diagnostic tip HI VISION Preirus** cu numărul de fabricație KE17319001 şi traductoarele tip EUP-C514 numărul de fabricație KE16255005G, tip EUP-CV524 numărul de fabricație KE12998805B, tip EUP-L74M numărul de fabricație KE17408221B, tip EUP-V53W numărul de fabricație KE16057006B, producător Hitachi Medical Corporation, Japonia, solicitant Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu **nr. III-0265:2012**.

A elibera Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0227U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

Director general **Vitalie DRAGANCEA**