



HOTĂRÎRE

nr. 0024-M

“04” iulie 2012

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice și pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizatorul hematologic tip ABX Micros ES 60**, cu numerele de fabricație: 110ESOH02868; 108ESOH02468; 105ESOH02276; 112ESOH03165; 201ESOH03440, producător „HORIBA ABX SAS”, Republica Franceză, solicitant ÎM „Becor” S.R.L., mun. Chișinău, cu nr. **III-0280:2012**.

A elibera ÎM „Becor” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model nr. **0239U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare metrologică **12 luni**.

2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deținute de către S.R.L. „Chișinău-Gaz”, mun. Chișinău, s-a hotărât:

- a) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 033K-05/12, pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative, tip ПЛ, nr. de fabricație 1208, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 11.06.2012.
- b) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 014K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip ПЛ, nr. de fabricație 1207, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.06.2012.

- c) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 013K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricație 1206, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.06.2012.
- d) A recunoaște certificatul de etalonare nr. 032K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricație 225, eliberat de ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 11.06.2012.

/Director general



Vitalie DRAGANCEA