

HOTĂRÎRE

nr.017

“13” martie 2014

Referitor la aprobarea de model în exemplare unice sau loturi mici a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **GAZ-CROMATOGRAF tip GC 2014**, producător Shimadzu Corporation, Japonia cu **nr. III-0348:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0290 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: C11484933109CS, firmei Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **GAZ-CROMATOGRAF tip GC 2014** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **GAZ-CROMATOGRAF tip GC 2010**, producător Shimadzu Corporation, Japonia cu **nr. III-0349:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0291 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: C11804904924 SA, firmei Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **GAZ-CROMATOGRAF tip GC 2010** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **CROMATOGRAF CU LICHID tip Agilent 1290 Infinity**, producător "Agilent Technologies", Statele Unite ale Americii cu **nr. III-0350:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0292 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu autoinjectorul nr. de fabricație: DEBAP04932, termostatul nr. de fabricație: DEBAC07583, pompa binară nr. de fabricație: DEBAA04064, detectorul diodo matriceal nr. de fabricație: DEAA201988, detectorul mass-spectrometric nr. de fabricație: SG13377014, firmei Î.M. "LOKMER" S.R.L., str. București 23/A, ap.(of.) 415, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CROMATOGRAF CU LICHID tip Agilent 1290 Infinity** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip CSR – IK**, producător Beijing TransMicrowave Technology Co., Ltd., Beijing, Republica Populară Chineză cu **nr. III-0351:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0293 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: K013441, K013442, K013444, K013511, K013512, K013514, K013517, K013451, K013453, K013454, pentru Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, str. Iacob Hîncu, 3a, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip CSR – IK** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

5. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **APARAT PENTRU MĂSURAREA CARACTERISTICILOR CONTURURILOR DE TIP "FAZA - NUL" tip ИФН-200**, producător ЗАО ИФН "Радио - Сервис", Federația Rusă cu **nr. III-0352:2014**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr.0064 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: 5715, 5717, 5724, 5414, 4621, firmei "LUMGRUPMAȘ" S.R.L., str. Gheorghe Madan, 87/7, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT PENTRU MĂSURAREA CARACTERISTICILOR CONTURURILOR DE TIP "FAZA - NUL" tip ИФН-200** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

Director general

VITALIE DRAGANCEA